

試験報告書

依頼者 丸王明王商事 株式会社 殿
品 名 サージカルマスク FUJI WHITE 1 点
試験項目 可燃性

2021年 7月 6日付けで当所に提出
された試料の試験結果は下記のとおりです。


2021年 7月12日

カケン

〒550-0002 大阪市西区江戸堀 2 丁目 5 番 19 号

一般財団法人 **カケンテストセンター**


大阪事業所 資材ラボ



記

試験項目		試験結果		試験方法
		たて	よこ	
可燃性 (秒)	1	着炎せず	着炎せず	JIS T 9001 試験片の調製： 製品マスクから採取
	2	着炎せず	着炎せず	
	3	着炎せず	着炎せず	
	4	着炎せず	着炎せず	
	5	着炎せず	着炎せず	
	平均	着炎せず	着炎せず	
	区分	1		

試 料



以 上