

試験報告書


依頼者 丸王明王商事 株式会社 殿
品名 サージカルマスクFUJI WHITE 1点
試験項目 微小粒子捕集効率 (PFE)

2021年7月6日 付で当所に提出
された試料の試験結果は下記のとおりです。

2021年7月13日

カケン

〒550-0002 大阪市西区江戸堀2丁目5番19号
一般財団法人 カケンテストセンター
大阪事業所 資材ラボ



記

試験項目		試験結果	試験方法
微小粒子捕集効率 PFE at 0.1 μ m (%)	1	99.9	JIS T 9001 試験片の調製: 製品マスクから採取
	2	99.9	
	3	99.8	
	4	99.9	
	5	99.9	
	平均値	99.9	

試料

KAKEN KAKEN KAKEN
KAKEN KAKEN KAKEN

以上